Anleitung zur Probenahme von Desinfektionsmittellösung aus einem Desinfektionsmitteldosiergerät

Benötigte Materialien: (werden vom Labor bei Bedarf zur Verfügung gestellt).
- Kühlbox mit Kühlelementen
- steriles Probengefäß mit 100 ml Enthemmerlösung
- Untersuchungsauftrag

1. Was sollte beachtet werden?

- Die Kühlelemente nach Erhalt in den Kühlschrank oder ein Gefrierfach legen
- Die Probenahme empfehlen wir am Wochenanfang vorzunehmen. So wird vermieden, dass der Transport der Desinfektionsmittelprobe in das Labor über das Wochenende erfolgt, was auf Grund der langen Transportzeit einen negativen Einfluss auf die Qualität haben kann.

Hinweis: Handhabung des Probengefäßes
- Das Probenahmegefäß öffnen, ohne dabei den oberen Rand des Gefäßes mit dem Deckel und den Händen zu berühren
- Den Deckel des Gefäßes nicht auf eine Unterlage ablegen

Die Probe so entnehmen, dass das Gefäß keinen Kontakt mit der Probenahmestelle hat.
Das Gefäß so verschließen, das der Deckel keinen Kontakt mit dem oberen Gefäßrand hat.

2. Probenahme: Die Probenahme möglichst mit 2 Personen durchführen.

- Die Probenahme am Tag des Versands vornehmen
- Vor der Probenahme einen Liter Desinfektionsmittellösung in den Abfluss laufen lassen
- 100 ml Probe in das Probengefäß mit der Enthemmerlösung füllen, so dass sich dann **200 ml** im Gefäß befinden

Hinweis:
Im Bedarfsfalle die Probe erst in ein steriles Gefäß füllen, um diese dann in das Probengefäß zu dosieren. Die Probenahme vornehmen, ohne den Fluss des Desinfektionsmittels zu verändern.

2.1. Das Probengefäß verschließen, mit einer Nummer versehen, und diese auf dem Untersuchungsauftrag eintragen.
2.2. Die Probe bis zum Versand kühl bei 2 - 8 °C lagern.
2.3. Den vollständig ausgefüllten Untersuchungsauftrag unterzeichnen und mit der gekühlten Probe (ggfs. mit vorhandener Kühlbox) an das Labor biocheck zur Auswertung übersenden.

Stand: 01/2022